

# Conselho da Justiça Federal

PREGÃO ELETRÔNICO n. 27/2019

## MÓDULO I - TERMO DE REFERÊNCIA

### 1 - OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1 Fornecimento de equipamentos médico-hospitalares para atender às necessidades do Serviço Ambulatorial de Saúde e da brigada de incêndio do Conselho da Justiça Federal, em Brasília-DF, conforme especificações constantes do Anexo I deste Termo de Referência.

### 2 – DA JUSTIFICATIVAS / FINALIDADES

2.1 O presente instrumento tem por objeto o estabelecimento de contrato para fornecimento de equipamentos médico-hospitalares permanentes.

2.2 A aquisição de equipamentos, por parte do CJF, tem por finalidade disponibilizar aos profissionais do seu corpo técnico meios para atender a urgências e emergências e sanar distúrbios orgânicos passíveis de intervenção imediata.

2.3 A aquisição de monitor de sinais vitais e aparelho eletrocardiógrafo visa atender necessidades clínicas básicas na verificação instantânea e periódica, em áreas de triagem ambulatorial, com utilização de aparelhos de uso profissional, portáteis, que forneçam exibição clara das aferições.

2.4 Os outros equipamentos e instrumentos a adquirir (balança, estetoscópio, lanternas, otoscópio, pinças, tesouras cirúrgicas, suporte para braço, suporte para soro, termômetro, travesseiros e cama hospitalar) são imprescindíveis para o atendimento ambulatorial proposto, em fase de instalação no CJF.

2.5 A aquisição dos desfibriladores é imprescindível para os primeiros socorros da brigada de incêndio e serviço médico do Conselho da Justiça Federal. O CJF possui 01 (um) desfibrilador portátil que foi adquirido em junho de 2014 e a bateria já está vencida, pois sua vida útil é de no máximo 05 anos e sua bateria não é recarregável. Desta forma a aquisição de novos aparelhos mais modernos com baterias recarregáveis vão trazer mais segurança, confiabilidade aos serviços de primeiros socorros do Conselho da Justiça Federal.

### 3 – MODALIDADE DE LICITAÇÃO / TIPO DE LICITAÇÃO / CRITÉRIO DE JULGAMENTO

3.1 A contratação será realizada por meio de procedimento licitatório, na modalidade de pregão eletrônico.

3.2 Para o fornecimento dos equipamentos médico-hospitalares será declarada vencedora a empresa que apresentar o “Menor Preço por Lote”, de acordo com as condições preestabelecidas.

3.2.1 É sugerido o critério de “Menor Preço por Lote” em virtude do baixo valor da aquisição. Se adotado o critério do “Menor preço por Item” pode haver falta de interesse do mercado, podendo acarretar a perda de economia de escala e, até mesmo, uma licitação deserta.

# Conselho da Justiça Federal

## 4 – ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO

**4.1** O recebimento dos produtos pelo CJF não excluirá a responsabilidade civil da fornecedora por vícios de quantidade, qualidade dos itens ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no Edital ou atribuídas pela fornecedora, verificados posteriormente, garantindo-se ao CJF as faculdades previstas no art. 18 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

**4.2** A fornecedora efetuará a entrega de todos os itens na Seção de Almoxarifado do Conselho da Justiça Federal, localizada no SCES, Trecho 3, Polo 8, Lote 9, Setor de Clubes Esportivos Sul, Brasília-DF, em dias úteis, de segunda a sexta-feira no horário das 11 às 19 horas.

**4.3** A fornecedora deverá fornecer produtos que ainda não tenham transcorrido, no ato da entrega, um terço do seu prazo de validade.

**4.4** O CJF reserva-se o direito de rejeitar, integralmente ou em parte, os produtos que não atendam às especificações técnicas do objeto licitado, obrigando-se a fornecedora a providenciar, sem ônus adicionais, a substituição dos itens não aceitos, no prazo de dois dias úteis contados da notificação.

**4.5** Obedecida à especificação definida pelo CJF, caberá a fornecedora, dentre o rol de empresas com as quais trabalha, eleger o produto para efetuar a sua proposta.

**4.6** Os equipamentos médico-hospitalares deverão ser entregues em embalagens e forma de transporte adequados e recomendados pela Vigilância Sanitária.

**4.7** Para fins de conferência, no ato da entrega, além da correspondente fatura/nota fiscal, a fornecedora deverá apresentar documento no qual conste a relação dos itens fornecidos.

**4.8** A fornecedora deverá justificar ao CJF, através de documento escrito, quando o material médico-hospitalar solicitado estiver indisponível no mercado, de forma temporária ou permanente (descontinuidade de produção), anexando, neste último caso, declaração a esse respeito, proveniente do fabricante responsável pelo produto.

## 5 – DOS PRAZOS

**5.1** O prazo para entrega dos equipamentos será de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pela empresa fornecedora.

## 6 – DO PREÇO / ORÇAMENTO ESTIMADO

**6.1** A despesa estimada com a execução do objeto deste Termo de Referência, pelo período de 12 (doze) meses, é de R\$ 48.027,86 (quarenta e oito mil vinte e sete reais e oitenta e seis centavos), conforme cotação de mercado.

**6.2** Os preços ajustados serão finais e definitivos, neles estando inclusos todos os encargos que a fornecedora experimentará no cumprimento das obrigações contratuais, inclusive o ICMS, que ela será obrigada a recolher, integralmente, no Estado de origem, não cabendo ao CJF qualquer responsabilidade pelo recolhimento do mesmo.

**6.3** Correrão por conta da FORNECEDORA as despesas com embalagens, transporte e seguro para entrega dos produtos no local indicado neste Termo de Referência.

# Conselho da Justiça Federal

## 7 – DO RECEBIMENTO

**7.1** Somente serão recebidos pelo CJF os equipamentos que estiverem em conformidade com as especificações técnicas e demais condições de execução estabelecidas neste termo de referência.

**7.2** O recebimento definitivo será considerado concluído depois da lavratura do termo circunstanciado e após o Atesto da Nota Fiscal.

**7.3** O Gestor da Contratação terá o prazo de até 2 (dois) dias úteis para realizar o ATESTO da Nota Fiscal, contados a partir do seu recebimento.

**7.4** - Se, após análise do Gestor da Contratação, constatar-se que os equipamentos foram entregues em desacordo com a Nota de Empenho, com defeito, fora de especificação ou incompletos, será feita notificação por escrito à FORNECEDORA para que corrija a falha indicada no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, ficando sujeita a FORNECEDORA à aplicação das multas previstas neste Termo de Referência por descumprimento de suas obrigações.

## 8 – DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

**8.1** O pagamento será efetuado, por ordem bancária, mediante a apresentação de nota fiscal correspondente aos fornecimentos executados e aceitos definitivamente, devendo ser emitida, obrigatoriamente, pelo CNPJ constante da nota de empenho.

**8.1.1** A nota fiscal eletrônica deverá ser encaminhada para a área requisitante, pelos e-mails [fabiano.conceicao@cjf.jus.br](mailto:fabiano.conceicao@cjf.jus.br) e [raquel.santos@cjf.jus.br](mailto:raquel.santos@cjf.jus.br), e, após a lavratura do termo circunstanciado referente ao recebimento definitivo e do Atesto, seguirá para a área financeira que efetuará o pagamento nos seguintes prazos:

- a) 5 (cinco) dias, contados do recebimento da nota fiscal, no caso de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do artigo 24 da Lei n. 8.666/1993;
- b) 10 (dez) dias, contados do Atesto da nota fiscal, para os demais casos.

## 9 – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

**9.1** Além das demais obrigações expressamente previstas em Contrato e de outras decorrentes da natureza do ajuste, deverá a FORNECEDORA:

**9.1.1** fornecer, a qualquer momento, caso o CJF julgue necessário conhecer ou analisar, todas as informações pertinentes aos equipamentos médico-hospitalares a serem fornecidos;

**9.1.2** submeter seus empregados, durante a permanência nas dependências do CJF, aos regulamentos de segurança e disciplina por este instituído;

**9.1.3** responsabilizar-se por danos causados, em virtude de dolo ou culpa de seus empregados, quando estiverem nas dependências do CJF, a equipamentos e/ou outros bens de propriedade deste ou de terceiros;

**9.1.4** responsabilizar-se pelo fornecimento de materiais médico-hospitalares legítimos, registrados no Ministério da Saúde e provenientes de laboratórios e fornecedores legalmente instituídos;

**9.1.5** manter, durante todo o período de vigência do ajuste, todas as condições que ensejaram sua contratação, particularmente no que se refere à regularidade fiscal e à capacidade técnica-operativa;

**9.1.6** responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa de qualquer de seus

# Conselho da Justiça Federal

empregados, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da Lei, relacionadas com o cumprimento do contrato;

**9.1.7** informar ao CJF, no prazo de 48 horas, qualquer alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa;

**9.1.8** instruir seus empregados acerca das normas de segurança e disciplina instituídas pelo CJF, a serem observadas durante o tempo de permanência nas suas dependências;

**9.1.9** não caucionar ou utilizar o contrato como garantia para qualquer operação financeira.

**9.1.10** substituir, dentro do prazo estabelecido e sem ônus adicionais para o CJF, qualquer material ou componente que não se enquadre nas especificações técnicas adotadas pelo CONTRATANTE ou que apresente defeito e imperfeição apontada pelo Gestor da Contratação.

**9.2** Além das demais obrigações previstas em Contrato e de outras decorrentes da natureza do ajuste, deverá o CJF:

**9.2.1** proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitir o acesso de representantes, prepostos ou empregados da fornecedora às dependências do CJF, observadas as normas de segurança institucional.

## **10 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS / RESCISÃO CONTRATUAL**

**10.1** – O atraso injustificado no cumprimento do objeto sujeitará a FORNECEDORA:

**10.1.1** – à multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, calculada sobre o valor total da contratação, até o limite de trinta dias;

**10.2** Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá, nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/1993, garantida a prévia defesa, aplicar à FORNECEDORA as seguintes sanções:

**10.2.1.** ADVERTÊNCIA;

**10.2.2.** MULTA compensatória de 10% (dez por cento), sobre o valor total da contratação.

**10.2.3.** SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos.

**10.2.4.** DECLARAÇÃO DE INIDONIEDADE – ser declarada inidônea, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei n. 8.666/1993.

**10.3.** A sanção de multa poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com outras penalidades previstas no contrato ou nos dispositivos legais.

**10.4.** A inexecução total ou parcial do Ajuste poderá acarretar a sua rescisão, conforme previsto neste Termo de Referência e nos artigos 77 a 80 da Lei n. 8.666/1993, assim como a incidência das consequências legais cabíveis, inclusive indenização por perdas e danos eventualmente causados ao Contratante.

**10.5.** O valor da multa aplicada, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos à Contratada, recolhido mediante GRU, ou, ainda, cobrado judicialmente, a critério do Contratante.

# Conselho da Justiça Federal

**10.6.** A critério da autoridade competente do Contratante, com fundamento nos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, as penalidades poderão ser relevadas ou atenuadas, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos, mediante comprovação, e desde que formuladas por escrito, no prazo máximo de cinco dias úteis, contado da data em que for oficiada a pretensão no sentido da aplicação da pena.

**10.7.** O Contratante promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta.

## 11 – DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTÁVEL

**11.1** A fornecedora, de acordo com a política de sustentabilidade do Conselho da Justiça Federal, compromete-se a cumprir os requisitos legais, observadas as normas federais e distritais quanto aos critérios de preservação ambiental, quando aplicáveis ao objeto desta contratação.

**11.2** Cumprir a Lei nº 12.349/2010 que dispõe sobre a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e o Decreto nº 7.746/2012 que foi editado para regulamentar o dispositivo legal e estabelecer critérios, práticas e diretrizes gerais para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável por meio das contratações realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.

**11.3** Não obstante, sem prejuízo do indicativo no presente Termo de Referência, a contratada, deverá ainda:

**11.3.1** observar a destinação adequada aos resíduos gerados durante suas atividades;

**11.3.2** respeitar a legislação e as Normas Técnicas Brasileiras – NBR publicadas pela ABNT sobre resíduos, bem como as normas do INMETRO.

## 12 – LEGISLAÇÃO BÁSICA APLICÁVEL

**12.1** Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993;

**12.2** Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002;

# Conselho da Justiça Federal

## MODULO I – TERMO DE REFERÊNCIA

### ANEXO I

#### EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES – MATERIAL PERMANENTE

GRUPO 1				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	PINÇA	Dente de rato, em aço inoxidável, medida aproximadamente 14 cm.	UNID	02
2	PINÇA	Hemostática reta, tipo kelly, em aço inoxidável, medida aproximadamente 14 cm.	UNID	02
3	PINÇA	Hemostática curva, tipo kelly em aço inoxidável, medida aproximadamente 14 cm.	UNID	02

ITEM 4				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
4	APARELHO ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL PORTÁTIL	Equipamento capaz de captar 12 derivações simultaneamente, armazenar, apresentar e imprimir traçados de eletrocardiograma e suas principais medidas. Simples operação, devendo realizar o exame de modo automático. Display LCD de no mínimo 7” que possibilite a pré-visualização do exame em tempo real, com velocidade de varredura no traçado do display que contenha no mínimo as seguintes opções: 5, 10, 25 e 50 mm/s, apresentando traçado de qualidade e indicação da ocorrência de erros, como eletrodo desconectado. Impressão em impressora térmica das 12 derivações, com velocidade de impressão ajustável em: 5, 10, 25 ou 50 mm/s e ganho ajustável minimamente em: 5, 10 e 20 mm/mV; devendo ser apresentadas em até 12 canais. Deve haver também possibilidade para impressão de exames em tempo real em folha	UNID	01

# Conselho da Justiça Federal

		<p>de papel A4, com as 12 derivações representadas simultaneamente em até 12 canais. Além das possibilidades de impressão citadas anteriormente, deve ser possível imprimir os exames em uma impressora externa conectada a um PC – Essa conexão deve ocorrer por meio de Pen drive, cartão de memória, conexão Ethernet (RJ45) e conectividade WIFI, sendo que todos os tipos de conexões citadas devem estar disponíveis no equipamento. Na impressão do exame deve constar minimamente as seguintes medidas: Frequência Cardíaca, intervalo PR, duração de QRS, QT/QTc e eixo P-R-T.</p> <p>Os exames exportados podem estar em formato PDF, SCP ou um formato específico para a conexão com algum software, onde seja possível visualizar e gerenciar a base de dados de exames, além de apresentar ampla variedade de medidas, garantindo a organização dos dados dos pacientes e trabalho mais simples e ágil por parte da equipe. O software deve estar incluso na proposta e deve acompanhar o equipamento.</p> <p>A operação deve ser simplificada, cujas principais ações devem estar disponíveis no painel. Através de teclado alfanumérico, constituído de membrana, deve permitir inclusão fácil e rápida de informações do paciente como nome, sexo, idade, etc. Deve ser possível extrair relatório padronizado que apresente traçado completo de ECG e suas principais medidas.</p> <p>O equipamento deve ser provido de ferramenta inteligente de interpretação automática, para dar suporte à avaliação de exames em repouso, incluindo aplicações pediátricas e de detecção de elevação do segmento ST com infarto agudo do miocárdio. Capacidade para armazenar até 100 eletrocardiogramas, com possibilidade para incorporar informações do paciente como nome, sexo, idade, etc.</p> <p>Bateria interna com duração de seis horas ou autonomia equivalente para realizar 500 exames.</p> <p>Alimentação Elétrica: Tensão de entrada entre 100 e 240 Volts, Frequência: 60 Hz.</p> <p>Manual de instruções em português.</p> <p>Garantia de 12 meses contra defeitos de</p>		
--	--	--	--	--

# Conselho da Justiça Federal

		<p>fabricação.</p> <p>Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.</p> <p>ABNT NBR IEC 60601-2-25:2014 Equipamento eletromédicos – Parte 2-25: Requisitos particulares para segurança básica e desempenho essencial de eletrocardiógrafo.</p> <p>ABNT NBR IEC 60601-2-47:2014 Equipamento eletromédicos – Parte 2-47: Requisitos particulares para a segurança básica e desempenho essencial de sistemas eletrocardiográficos ambulatoriais.</p> <p>Fornecedor deverá apresentar folder/prospecto contendo especificação técnica para avaliação previa à efetivação da compra.</p>		
--	--	--	--	--

ITEM 5				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
5	APARELHO MONITOR DE SINAIS VITAIS (COM OXIMETRIA)	<p>Monitor de sinais vitais portátil, adequado para uso em área de atendimento ambulatorial, compatível com necessidades clínicas básicas de verificação instantânea e periódica de sinais vitais em pacientes adultos e pediátricos, incluindo os seguintes parâmetros: Pressão arterial não invasiva, Frequência cardíaca e Saturação de Oxigênio. Interface de usuário com tela LCD de alta resolução, tamanho aproximado entre 5 a 6”, caracteres que permitam fácil leitura. Leve (peso aproximado de 2Kg), compacto, constituído de material resistente, com alça para transporte manual ou fixação em maca. Equipado com bateria recarregável de longa duração (no mínimo 2 horas de monitorização ou até 100 medições NIBP). Parâmetros que permitam ajuste de configuração. Alarmes sonoros e visuais. Indicador no painel de status da bateria, mostrando a quantidade de carga disponível quando operando sem conexão à fonte externa de alimentação. Memória com capacidade para armazenar pelo menos 50 registros de medições. O equipamento deve vir acompanhado de todos os acessórios para seu perfeito funcionamento, incluindo, quando for o caso, tamanhos para paciente adulto e pediátrico. Acessórios livres de látex. Manual de instruções em Português.</p>	UNID	01

# Conselho da Justiça Federal

		<p>Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p> <p>Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.</p> <p>Certificação pelo INMETRO, de acordo com as normas: NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 e ABNT NBR IEC 60601-2-49.</p> <p>Fornecedor deverá apresentar folder/prospecto contendo especificação técnica para avaliação previa à efetivação da compra.</p>		
--	--	---	--	--

## ITEM 6

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
6	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO COM REGUA	<p>Balança antropométrica, com capacidade aproximada de 150 quilos, frações de 100 gramas, dotada de escala antropométrica, com altura aproximada de 2 metros, intervalos de 0,5 cm. Base de ferro fundido laminado reforçado. Plataforma em chapa de aço reforçado pintado, com tapete de borracha antiderrapante. O produto deverá ter acabamento perfeito, isento de quaisquer defeitos, pintura uniforme com tratamento anti-ferruginoso.</p> <p>No equipamento deverá conter de forma legível e permanente, a marca do fabricante.</p> <p>Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p> <p>Certificação pelo INMETRO.</p> <p>Fornecedor deverá apresentar folder/prospecto contendo especificação técnica para avaliação previa à efetivação da compra.</p>	UNID	01

## ITEM 7

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
7	ESTETOSCÓPIO ADULTO	<p>Modelo adulto, com peça peitoral cromada em aço inoxidável, com os dois lados do auscultador (adulto e pediátrico) com diafragmas.</p> <p>Anel e diafragmas em uma só peça.</p> <p>Para auscultação de alta e baixa frequência sem perder o contato com o corpo do paciente em ambos os lados, apenas ajustando a pressão sobre o auscultador.</p> <p>Campana com proteção de borracha na borda.</p>	UNID	02

# Conselho da Justiça Federal

		<p>Conjunto biauricular de captação precisa, tubo em Y de vinil flexível, hastes cromadas, de pressão ajustável e pontas com olivas anatômicas, de borracha maleável e antialérgica, facilmente intercambiável por sistema de encaixe.</p> <p>Hastes ajustáveis que permitam ajustar a tensão para o tamanho da cabeça, proporcionando mais conforto.</p> <p>Olivas de selamento suave, para um ajuste confortável e uma boa vedação acústica.</p> <p>Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação</p> <p>O fornecedor deverá indicar marca e modelo do produto ofertado, anexando catálogo com especificações técnicas para avaliação prévia; apresentar certificado do MS ou documento de isenção de registro.</p>		
--	--	---	--	--

## ITEM 8

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
8	LANTERNA PARA REFLEXO PUPILAR	Lanterna para verificação de reflexos pupilares com estrutura em metal, leve, alimentação à pilha AA, tamanho compacto, luz branca, com acionamento por meio de botão liga e desliga.	UNID	02

## ITEM 9

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
9	OTOSCÓPIO + ESPÉCULO DESCARTÁVEL	<p>Mini otoscópio, modelo compacto e leve. Cabeça em policarbonato de alto impacto. Lentes de visualização em acrílico anti-risco, ângulo amplo. Iluminação por lâmpada de halogênio, de fácil reposição. Cabo em plástico ABS ou aço inoxidável.</p> <p>Conjunto de espéculos de tamanhos variados, descartáveis, confeccionados em material termoplástico.</p> <p>Alimentação a pilha.</p> <p>Estojo ou bolsa de formato e tamanho adequados para guarda e proteção dos componentes e acessórios.</p> <p>Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>	UNID	01

# Conselho da Justiça Federal

		O fornecedor deverá indicar marca e modelo do produto ofertado, anexando catálogo com especificações técnicas para aprovação prévia. O produto deverá ter registro junto ao MS.		
--	--	---	--	--

ITEM 10				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
10	SUPORTE PARA BRAÇO - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	Equipamento para auxiliar no posicionamento de braço do paciente, em procedimentos de administração parenteral de medicamentos. Deve acomodar de maneira confortável e segura o braço, provendo apoio e firmeza ao profissional da saúde. Constituído de estrutura tubular leve, toda confeccionada em aço inoxidável, com acabamento polido, de fácil conservação e limpeza. Base em tripé, coluna e haste com altura regulável, fixação através de manípulo ou dispositivo equivalente. Apoio de braço tipo concha, confeccionado em aço inoxidável, com acabamento anti-cortante, regulagem com fixação através de manípulo ou dispositivo equivalente. Altura mínima aproximada de 80 cm; altura máxima aproximada de 120 cm. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Fornecedor deverá apresentar folder/prospecto contendo especificação técnica para avaliação previa à efetivação da compra.	UNID	01

ITEM 11				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
11	SUPORTE PARA SORO	Acessório hospitalar utilizado na instalação, manuseio e transporte de infusões venosas quando aplicadas ao paciente. Constituído de estrutura tubular de aço inoxidável, com acabamento polido, que permita fácil limpeza. Coluna receptora da haste com diâmetro aproximado de 1 polegada, dotada de anel para evitar amassamento e desgaste da haste. Regulagem de altura ajustável por sistema de pressão através de roseta ou dispositivo equivalente. Haste em tubo de 3/4 polegadas de diâmetro e 1,20 mm de espessura de parede, com 4 ganchos na parte superior. Base	UNID	01

# Conselho da Justiça Federal

		<p>revestida em nylon, com 5 pés providos de rodízios giratórios de 2" de diâmetro. Altura mínima aproximada de 1,70m; altura máxima aproximada de 2,30m; peso aproximado de 12kg.</p> <p>Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p> <p>Fornecedor deverá apresentar folder/prospecto contendo especificação técnica para avaliação previa à efetivação da compra.</p>		
--	--	---	--	--

ITEM 12				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
12	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	<p>Termômetro digital para verificação da temperatura corporal, uso profissional; leve, produzido com materiais resistentes e de fácil limpeza; dotado de sensor infravermelho de alta precisão, método de medição sem contato físico, com resultado em poucos segundos; escala de leitura em graus Celsius, faixa de funcionamento entre 32 a 42°C aproximadamente, precisão de +/- 0.2°C; display LCD, que permita fácil leitura dos resultados; botão liga/desliga, função desligamento automático após manuseio; alimentação à pilha ou bateria, mecanismo para indicar necessidade substituição de pilhas/bateria; recuperação automática da última leitura efetuada, memória com capacidade para armazenar pelo menos as 20 últimas leituras de temperatura.</p> <p>Acompanha estojo/bolsa para guarda transporte.</p> <p>Registro no Ministério da Saúde e Certificação pelo INMETRO.</p> <p>Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>	UNID	01

ITEM 13				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
13	TESOURA CIRURGICA	Tesoura de mayo reta em aço inoxidável, medida aproximadamente 14 cm.	UNID	01

# Conselho da Justiça Federal

ITEM 14				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
14	TESOURA CIRURGICA	Tesoura íris, reta, em aço inoxidável, medida aproximadamente 11 cm.	UNID	01

ITEM 15				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15	TRAVESSEIRO	Confeccionado em tecido 50% poliéster e 50% algodão. Recheado com 100% poliéster, inodoro, antitraça, antimoho, leve e lavável. Dimensão: 70 x 50cm.	UNID	02

ITEM 16				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
16	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA COM REGULAGEM DE ALTURA E GRADES	Leito e base com estrutura em aço, tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática de alta resistência. Carenagem, cabeceira e peseira confeccionadas em fibra de vidro de alta durabilidade ou em ABS. Painéis de cabeça e pés projetados para serem facilmente retirados. Quatro grades laterais, independentes, retráteis, recolhidas com um único movimento, embutidas quando abaixadas. Protetores contra impacto nas quatro pontas do leito para proteção de parede. Rodízios giratórios de fácil deslize, com no mínimo 12 cm de diâmetro. Freio que acione todas as rodas simultaneamente através de um único pedal. Comandos elétricos acionados através de painel de controle digital, com teclado de membrana blindado, embutido na grade de proteção lateral, podendo ser acionados também através de controle remoto manual. Articulação elétrica completa do leito: subir/baixar, cabeça, joelhos e pés. Movimentos realizados: fawler, semi-fawler, sentado, trendelemburg, reverso de trendelemburg e elevação total de altura do leito. Contorno automático na articulação dos	UNID	01

# Conselho da Justiça Federal

		<p>joelhos quando a elevação da cabeceira é acionada para evitar que o paciente deslize sobre o leito.</p> <p>Equipada com dispositivo de CPR - Comando de acionamento instantâneo, com descida controlada, que retorna o leito à posição horizontal em casos de atendimento de Parada Cardiorrespiratória.</p> <p>Função de bloqueio dos comandos elétricos.</p> <p>Indicador visual se o leito não estiver na posição mais baixa.</p> <p>Motores blindados, 220V ou com conversão automática e de baixo ruído.</p> <p>Bateria reserva integrada ao leito, blindada e recarregável, para uso durante transporte de pacientes ou quando não houver energia elétrica.</p> <p>Largura mínima aproximada: 90 cm; comprimento mínimo aproximado: 220 cm.</p> <p>Altura aproximada: 65 cm.</p> <p>Capacidade de Peso aproximada: 200 kg</p> <p>Colchão de tamanho compatível incluso, revestido de material impermeável e que permita processo de desinfecção. O conjunto – cama + colchão – deverá suportar de forma segura carga de aproximadamente 200 kg.</p> <p>Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação.</p> <p>Manual de instruções em língua portuguesa.</p> <p>Registro na ANVISA. Compatibilidade com normas de segurança: IEC 60601-2-38, IEC 60601-2-52.</p> <p>O fornecedor deverá apresentar catálogo/prospecto com especificações técnicas do produto para aprovação prévia, antes da efetivação da compra.</p> <p>Após a entrega, deverá ser feita, mediante agendamento prévio com a equipe técnica do CJF, a demonstração do completo funcionamento do produto, assim como das recomendações de manuseio.</p> <p>Assistência técnica em Brasília ou em qualquer outro local, desde que, durante o período da garantia as despesas com transporte do equipamento sejam por conta da empresa.</p>		
--	--	--	--	--

# Conselho da Justiça Federal

ITEM 17				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
17	DEFIBRILADOR PORTÁTIL	<p>Funções do aparelho: Choque Bifásico, sistema de Inteligência com algoritmo de análise, orientações por texto e voz, software de computador para análise dos eventos, gravação de Dados em Memória Interna (2GB), bateria para 4 horas de monitoramento ou 200 choques de 150J, aviso sonoro e luminoso para nível baixo de bateria (com capacidade para mais 15 choques ou 20 minutos de monitoramento), funcionamento em diferentes idiomas (português, inglês, espanhol e possibilidade de mudança de idioma através do software), descarga Interna Automática após 30 segundos se não houver disparo, cronômetro (contador de segundos), relógio, bateria de lithium recarregável.</p> <p>Acessórios Inclusos: carregador Bivolt de bateria, baterias de lithium recarregável, 01 jogo de eletrodos (pás) autoadesivas – Adulto, Cabo USB, manual do Usuário, certificado de Garantia, mochila para Transporte.</p>	UNID	02

# Conselho da Justiça Federal

PREGÃO ELETRÔNICO n. 27/2019

MÓDULO II DO EDITAL – FORMULÁRIO DE PREÇO

PROPONENTE:.....			
ENDEREÇO:.....			N.....
BAIRRO:.....	CIDADE.....	UF.....	
FONE:.....	E-MAIL .....		
CEP:.....	CNPJ.....		
BANCO	AGÊNCIA	PRAÇA PAGAMENTO	CONTA CORRENTE

1) Fornecer preço à vista com tributos, insumos e demais encargos da contratação.

2) Pagamento exclusivamente por ordem bancária.

**Observação:** Por força do art. 2º, §3º do Decreto n. 6.306/2007, o IOF não poderá ser incluído no valor da proposta.

## Lote 1

GRUPO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	Valor Total Estimado	Valor unitário	Valor Total
1	PINÇA	Dente de rato, em aço inoxidável, medida aproximadamente 14 cm.	UNID	02	107,99		
2	PINÇA	Hemostática reta, tipo kelly, em aço inoxidável, medida aproximadamente 14 cm.	UNID	02	68,55		
3	PINÇA	Hemostática curva, tipo kelly em aço inoxidável, medida aproximadamente 14 cm.	UNID	02	75,53		

## ITEM 4

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	Valor Total Estimado	Valor unitário	Valor Total
4	APARELHO ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL PORTÁTIL	Equipamento capaz de captar 12 derivações simultaneamente, armazenar, apresentar e imprimir traçados de	UNID	01	8.833,98		

# Conselho da Justiça Federal

		<p>eletrocardiograma e suas principais medidas. Simples operação, devendo realizar o exame de modo automático. Display LCD de no mínimo 7" que possibilite a pré-visualização do exame em tempo real, com velocidade de varredura no traçado do display que contenha no mínimo as seguintes opções: 5, 10, 25 e 50 mm/s, apresentando traçado de qualidade e indicação da ocorrência de erros, como eletrodo desconectado. Impressão em impressora térmica das 12 derivações, com velocidade de impressão ajustável em: 5, 10, 25 ou 50 mm/s e ganho ajustável minimamente em: 5, 10 e 20 mm/mV; devendo ser apresentadas em até 12 canais. Deve haver também possibilidade para impressão de exames em tempo real em folha de papel A4, com as 12 derivações representadas simultaneamente em até 12 canais. Além das possibilidades de impressão citadas anteriormente, deve ser possível imprimir os exames em uma impressora externa conectada a um PC – Essa conexão deve ocorrer por meio de Pen drive, cartão de memória, conexão Ethernet (RJ45) e conectividade WIFI, sendo que todos os tipos de conexões citadas</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

# Conselho da Justiça Federal

		<p>devem estar disponíveis no equipamento. Na impressão do exame deve constar minimamente as seguintes medidas: Frequência Cardíaca, intervalo PR, duração de QRS, QT/QTc e eixo P-R-T.</p> <p>Os exames exportados podem estar em formato PDF, SCP ou um formato específico para a conexão com algum software, onde seja possível visualizar e gerenciar a base de dados de exames, além de apresentar ampla variedade de medidas, garantindo a organização dos dados dos pacientes e trabalho mais simples e ágil por parte da equipe. O software deve estar incluso na proposta e deve acompanhar o equipamento.</p> <p>A operação deve ser simplificada, cujas principais ações devem estar disponíveis no painel. Através de teclado alfanumérico, constituído de membrana, deve permitir inclusão fácil e rápida de informações do paciente como nome, sexo, idade, etc. Deve ser possível extrair relatório padronizado que apresente traçado completo de ECG e suas principais medidas.</p> <p>O equipamento deve ser provido de ferramenta inteligente de interpretação automática, para dar suporte à avaliação de exames em repouso, incluindo</p>				
--	--	---	--	--	--	--

# Conselho da Justiça Federal

		<p>aplicações pediátricas e de detecção de elevação do segmento ST com infarto agudo do miocárdio.</p> <p>Capacidade para armazenar até 100 eletrocardiogramas, com possibilidade para incorporar informações do paciente como nome, sexo, idade, etc.</p> <p>Bateria interna com duração de seis horas ou autonomia equivalente para realizar 500 exames.</p> <p>Alimentação Elétrica: Tensão de entrada entre 100 e 240 Volts, Frequência: 60 Hz.</p> <p>Manual de instruções em português.</p> <p>Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p> <p>Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.</p> <p>ABNT NBR IEC 60601-2-25:2014 Equipamento eletromédicos – Parte 2-25: Requisitos particulares para segurança básica e desempenho essencial de eletrocardiógrafo.</p> <p>ABNT NBR IEC 60601-2-47:2014 Equipamento eletromédicos – Parte 2-47: Requisitos particulares para a segurança básica e desempenho essencial de sistemas eletrocardiográficos ambulatoriais.</p> <p>Fornecedor deverá apresentar folder/prospecto contendo especificação técnica para</p>				
--	--	---	--	--	--	--

# Conselho da Justiça Federal

		avaliação previa à efetivação da compra.			
--	--	---	--	--	--

ITEM 5							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	Valor Total Estimado	Valor unitário	Valor Total
5	APARELHO MONITOR DE SINAIS VITAIS (COM OXIMETRIA)	<p>Monitor de sinais vitais portátil, adequado para uso em área de atendimento ambulatorial, compatível com necessidades clínicas básicas de verificação instantânea e periódica de sinais vitais em pacientes adultos e pediátricos, incluindo os seguintes parâmetros: Pressão arterial não invasiva, Frequência cardíaca e Saturação de Oxigênio.</p> <p>Interface de usuário com tela LCD de alta resolução, tamanho aproximado entre 5 a 6'', caracteres que permitam fácil leitura. Leve (peso aproximado de 2Kg), compacto, constituído de material resistente, com alça para transporte manual ou fixação em maca. Equipado com bateria recarregável de longa duração (no mínimo 2 horas de monitorização ou até 100 medições NIBP). Parâmetros que permitam ajuste de configuração. Alarmes sonoros e visuais. Indicador no painel de status da bateria, mostrando a quantidade de carga disponível quando operando sem conexão à fonte externa de alimentação.</p> <p>Memória com capacidade para armazenar pelo menos 50 registros de medições.</p> <p>O equipamento deve vir acompanhado de todos os acessórios para seu perfeito funcionamento, incluindo, quando for o caso, tamanhos para paciente adulto e pediátrico. Acessórios livres de látex.</p> <p>Manual de instruções em Português.</p> <p>Garantia de 12 meses contra</p>	UNID	01	8.011,33		

# Conselho da Justiça Federal

		<p>defeitos de fabricação.                  Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.                  Certificação pelo INMETRO, de acordo com as normas: NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 e ABNT NBR IEC 60601-2-49.                  Fornecedor deverá apresentar folder/prospecto contendo especificação técnica para avaliação previa à efetivação da compra.</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

## ITEM 6

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	Valor Total Estimado	Valor unitário	Valor Total
6	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO COM REGUA	<p>Balança antropométrica, com capacidade aproximada de 150 quilos, frações de 100 gramas, dotada de escala antropométrica, com altura aproximada de 2 metros, intervalos de 0,5 cm. Base de ferro fundido laminado reforçado. Plataforma em chapa de aço reforçado pintado, com tapete de borracha antiderrapante. O produto deverá ter acabamento perfeito, isento de quaisquer defeitos, pintura uniforme com tratamento anti-ferruginoso.                  No equipamento deverá conter de forma legível e permanente, a marca do fabricante.                  Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.                  Certificação pelo INMETRO.                  Fornecedor deverá apresentar folder/prospecto contendo especificação técnica para avaliação previa à efetivação da compra.</p>	UNID	01	1.975,86		

## ITEM 7

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	Valor Total Estimado	Valor unitário	Valor Total
7	ESTETOSCÓPIO ADULTO	Modelo adulto, com peça peitoral cromada em aço inoxidável, com os dois lados	UNID	02	3.210,35		

# Conselho da Justiça Federal

		<p>do auscultador (adulto e pediátrico) com diafragmas.</p> <p>Anel e diafragmas em uma só peça.</p> <p>Para auscultação de alta e baixa frequência sem perder o contato com o corpo do paciente em ambos os lados, apenas ajustando a pressão sobre o auscultador.</p> <p>Campana com proteção de borracha na borda.</p> <p>Conjunto biauricular de captação precisa, tubo em Y de vinil flexível, hastes cromadas, de pressão ajustável e pontas com olivas anatômicas, de borracha maleável e antialérgica, facilmente intercambiável por sistema de encaixe.</p> <p>Hastes ajustáveis que permitam ajustar a tensão para o tamanho da cabeça, proporcionando mais conforto.</p> <p>Olivas de selamento suave, para um ajuste confortável e uma boa vedação acústica.</p> <p>Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação</p> <p>O fornecedor deverá indicar marca e modelo do produto ofertado, anexando catálogo com especificações técnicas para avaliação prévia; apresentar certificado do MS ou documento de isenção de registro.</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

## ITEM 8

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	Valor Total Estimado	Valor unitário	Valor Total
8	LANTERNA PARA REFLEXO PUPILAR	Lanterna para verificação de reflexos pupilares com estrutura em metal, leve, alimentação à pilha AA, tamanho compacto, luz branca, com acionamento	UNID	02	311,87		

# Conselho da Justiça Federal

		por meio de botão liga e desliga.					
--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

## ITEM 9

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	Valor Total Estimado	Valor unitário	Valor Total
9	OTOSCÓPIO + ESPÉCULO DESCARTÁVEL	<p>Mini otoscópio, modelo compacto e leve. Cabeça em policarbonato de alto impacto. Lentes de visualização em acrílico anti-risco, ângulo amplo. Iluminação por lâmpada de halogênio, de fácil reposição. Cabo em plástico ABS ou aço inoxidável.</p> <p>Conjunto de espelhos de tamanhos variados, descartáveis, confeccionados em material termoplástico. Alimentação a pilha.</p> <p>Estojo ou bolsa de formato e tamanho adequados para guarda e proteção dos componentes e acessórios.</p> <p>Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p> <p>O fornecedor deverá indicar marca e modelo do produto ofertado, anexando catálogo com especificações técnicas para aprovação prévia. O produto deverá ter registro junto ao MS.</p>	UNID	01	1.075,48		

## ITEM 10

# Conselho da Justiça Federal

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	Valor Total Estimado	Valor unitário	Valor Total
10	SUORTE PARA BRAÇO - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	Equipamento para auxiliar no posicionamento de braço do paciente, em procedimentos de administração parenteral de medicamentos. Deve acomodar de maneira confortável e segura o braço, provendo apoio e firmeza ao profissional da saúde. Constituído de estrutura tubular leve, toda confeccionada em aço inoxidável, com acabamento polido, de fácil conservação e limpeza. Base em tripé, coluna e haste com altura regulável, fixação através de manípulo ou dispositivo equivalente. Apoio de braço tipo concha, confeccionado em aço inoxidável, com acabamento anti-cortante, regulagem com fixação através de manípulo ou dispositivo equivalente. Altura mínima aproximada de 80 cm; altura máxima aproximada de 120 cm. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Fornecedor deverá apresentar folder/prospecto contendo especificação técnica para avaliação prévia à efetivação da compra.	UNID	01	379,50		

## ITEM 11

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	Valor Total	Valor unitário	Valor Total
------	---------------	-----------	-------	--------	-------------	----------------	-------------

# Conselho da Justiça Federal

					Estimado		
11	SUPORTE PARA SORO	<p>Acessório hospitalar utilizado na instalação, manuseio e transporte de infusões venosas quando aplicadas ao paciente. Constituído de estrutura tubular de aço inoxidável, com acabamento polido, que permita fácil limpeza. Coluna receptora da haste com diâmetro aproximado de 1 polegada, dotada de anel para evitar amassamento e desgaste da haste. Regulagem de altura ajustável por sistema de pressão através de roseta ou dispositivo equivalente. Haste em tubo de 3/4 polegadas de diâmetro e 1,20 mm de espessura de parede, com 4 ganchos na parte superior. Base revestida em nylon, com 5 pés providos de rodízios giratórios de 2" de diâmetro. Altura mínima aproximada de 1,70m; altura máxima aproximada de 2,30m; peso aproximado de 12kg. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Fornecedor deverá apresentar folder/prospecto contendo especificação técnica para avaliação previa à efetivação da compra.</p>	UNID	01	642,57		

## ITEM 12

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	Valor Total	Valor unitário	Valor Total
------	---------------	-----------	-------	--------	-------------	----------------	-------------

# Conselho da Justiça Federal

					<b>Estimado</b>		
12	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	<p>Termômetro digital para verificação da temperatura corporal, uso profissional; leve, produzido com materiais resistentes e de fácil limpeza; dotado de sensor infravermelho de alta precisão, método de medição sem contato físico, com resultado em poucos segundos; escala de leitura em graus Celsius, faixa de funcionamento entre 32 a 42°C aproximadamente, precisão de +/- 0.2°C; display LCD, que permita fácil leitura dos resultados; botão liga/desliga, função desligamento automático após manuseio; alimentação à pilha ou bateria, mecanismo para indicar necessidade substituição de pilhas/bateria; recuperação automática da última leitura efetuada, memória com capacidade para armazenar pelo menos as 20 últimas leituras de temperatura. Acompanha estojo/bolsa para guarda transporte. Registro no Ministério da Saúde e Certificação pelo INMETRO. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>	UNID	01	226,40		

## ITEM 13

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	Valor Total Estimado	Valor unitário	Valor Total
------	---------------	-----------	-------	--------	----------------------	----------------	-------------

# Conselho da Justiça Federal

13	TESOURA CIRURGICA	Tesoura de mayo reta em aço inoxidável, medida aproximadamente 14 cm.	UNID	01	84,92		
----	-------------------	---	------	----	-------	--	--

## ITEM 14

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	Valor Total Estimado	Valor unitário	Valor Total
14	TESOURA CIRURGICA	Tesoura íris, reta, em aço inoxidável, medida aproximadamente 11 cm.	UNID	01	29,88		

## ITEM 15

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	Valor Total Estimado	Valor unitário	Valor Total
15	TRAVESSEIRO	Confeccionado em tecido 50% poliéster e 50% algodão. Recheado com 100% poliéster, inodoro, antitraça, antimoho, leve e lavável. Dimensão: 70 x 50cm.	UNID	02	67,42		

## ITEM 16

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	Valor Total Estimado	Valor unitário	Valor Total
16	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA COM REGULAGEM DE ALTURA E GRADES	Leito e base com estrutura em aço, tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática de alta resistência. Carenagem, cabeceira e peseira confeccionadas em fibra de vidro de alta durabilidade ou em ABS. Painéis de cabeça e pés projetados para serem facilmente retirados. Quatro grades laterais, independentes, retráteis, recolhidas com um único movimento, embutidas	UNID	01	7.370,67		

# Conselho da Justiça Federal

		<p>quando abaixadas.</p> <p>Protetores contra impacto nas quatro pontas do leito para proteção de parede.</p> <p>Rodízios giratórios de fácil deslize, com no mínimo 12 cm de diâmetro.</p> <p>Freio que acione todas as rodas simultaneamente através de um único pedal.</p> <p>Comandos elétricos acionados através de painel de controle digital, com teclado de membrana blindado, embutido na grade de proteção lateral, podendo ser acionados também através de controle remoto manual.</p> <p>Articulação elétrica completa do leito: subir/baixar, cabeça, joelhos e pés.</p> <p>Movimentos realizados: fawler, semi-fawler, sentado, trendelemburg, reverso de trendelemburg e elevação total de altura do leito. Contorno automático na articulação dos joelhos quando a elevação da cabeceira é acionada para evitar que o paciente deslize sobre o leito.</p> <p>Equipada com dispositivo de CPR - Comando de acionamento instantâneo, com descida controlada, que retorna o leito à posição horizontal em casos de atendimento de Parada</p> <p>Cardiorrespiratória.</p> <p>Função de bloqueio dos comandos elétricos.</p> <p>Indicador visual se o leito</p>				
--	--	--	--	--	--	--

# Conselho da Justiça Federal

	<p>não estiver na posição mais baixa.</p> <p>Motores blindados, 220V ou com conversão automática e de baixo ruído.</p> <p>Bateria reserva integrada ao leito, blindada e recarregável, para uso durante transporte de pacientes ou quando não houver energia elétrica.</p> <p>Largura mínima aproximada: 90 cm; comprimento mínimo aproximado: 220 cm.</p> <p>Altura aproximada: 65 cm.</p> <p>Capacidade de Peso aproximada: 200 kg</p> <p>Colchão de tamanho compatível incluso, revestido de material impermeável e que permita processo de desinfecção. O conjunto – cama + colchão – deverá suportar de forma segura carga de aproximadamente 200 kg.</p> <p>Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação.</p> <p>Manual de instruções em língua portuguesa.</p> <p>Registro na ANVISA.</p> <p>Compatibilidade com normas de segurança: IEC 60601-2-38, IEC 60601-2-52.</p> <p>O fornecedor deverá apresentar catálogo/prospecto com especificações técnicas do produto para aprovação prévia, antes da efetivação da compra.</p> <p>Após a entrega, deverá ser feita, mediante agendamento prévio com</p>					
--	---	--	--	--	--	--

# Conselho da Justiça Federal

		<p>a equipe técnica do CJF, a demonstração do completo funcionamento do produto, assim como das recomendações de manuseio.</p> <p>Assistência técnica em Brasília ou em qualquer outro local, desde que, durante o período da garantia as despesas com transporte do equipamento sejam por conta da empresa.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

ITEM 17							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	Valor Total Estimado	Valor unitário	Valor Total
17	DEFIBRILADOR PORTÁTIL	<p>Funções do aparelho: Choque Bifásico, sistema de Inteligência com algoritmo de análise, orientações por texto e voz, software de computador para análise dos eventos, gravação de Dados em Memória Interna (2GB), bateria para 4 horas de monitoramento ou 200 choques de 150J, aviso sonoro e luminoso para nível baixo de bateria (com capacidade para mais 15 choques ou 20 minutos de monitoramento), funcionamento em diferentes idiomas (português, inglês, espanhol e possibilidade de mudança de idioma através do software), descarga Interna Automática após 30 segundos se não houver disparo, cronômetro (contador de segundos), relógio, bateria de lithium recarregável.</p> <p>Acessórios Inclusos: carregador Bivolt de bateria, baterias de lithium recarregável, 01 jogo de eletrodos (pás) autoadesivas – Adulto, Cabo USB, manual do Usuário, certificado de Garantia, mochila para Transporte.</p>	UNID	02	15.555,46		

# Conselho da Justiça Federal

\* Em caso de divergência entre as especificações inseridas no Comprasnet e as especificações contidas nos Módulos, prevalecerão as constantes deste último.

**PRAZO DE ENTREGA:** ..... 10 (dez) dias corridos após o recebimento da nota de empenho.

**VALIDADE DA PROPOSTA:** ..... (Mínimo 90 dias), contados da data de abertura da licitação.

Brasília,...../...../2019.

---

Nome legível

---

Assinatura do responsável